

■ 臨床工学科


平成 29 年度 ME 機器管理・修理状況

	人工呼吸器	輸液ポンプ	シリンジポンプ
院内貸し出し回数	73	2,090	1,409
使用前後点検回数	83	2,130	1,438
トラブル対応	25	20	3
院内修理件数	0	7	4
院外修理件数	2	3	0


平成 29 年度 血液浄化治療件数

血液透析	36
SLED	1
持続緩徐式血液ろ過透析	12
エンドトキシン吸着	5
G-CAP/L-CAP	0
血漿吸着 (Bil)	0
単純血漿交換	0
腹水ろ過濃縮再静注	31
総治療件数	85

平成 29 年度 血液浄化治療件数




総治療件数 年度比較




平成 29 年度 高圧酸素療法治療数

疾患名	救急	非救急	計
イレウス	30	3	33
突発性難聴	3	2	5
骨髓炎		25	25
壊疽	1	13	14
放射線治療後出血		30	30
その他	5	5	10
総治療件数	39	78	117

平成 29 年度 高圧酸素療法治療数




総治療件数 年度比較




平成 29 年度 心臓カテーテル検査件数

検査名	件数	(緊急)
CAG	325	143
PCI	86	75
S-G	34	2
PMI	14	17
Ach	34	


CAG 件数 年度比較



PCI 件数 年度比較



PMI 件数 年度比較



平成 29 年度 自己血回収装置

総治療件数	0
-------	---