

■ 臨床工学科

2018 年度 ME 機器管理・修理状況

【使用前後点検回数】

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
輸液ポンプ	181	72	201	151	177	165	251	169	167	193	139	185	2,051
シリンジポンプ	108	105	133	101	117	94	160	130	107	127	94	146	1,422
人工呼吸器	12	10	7	2	2	2	8	2	7	7	2	7	68

【院内修理件数】

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
輸液ポンプ	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5
シリンジポンプ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
人工呼吸器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血圧計	1	4	8	3	3	2	2	2	3	1	6	2	37
送信機	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
パルスオキシメータ	2	0	0	3	2	4	0	0	1	1	0	1	14

【院外修理件数】

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
輸液ポンプ	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
シリンジポンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人工呼吸器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血圧計	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	6
送信機	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	6
パルスオキシメータ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
モニター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018 年度 血液浄化治療件数

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
血液透析	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
SLED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持続緩徐式血液濾過透析	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
エンドトキシン吸着	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
G-CAP/L-CAP	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	10
血漿吸着 (Bil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単純血漿交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹水濾過濃縮再静注	6	9	7	9	8	5	4	3	6	3	5	11	76
《合計》	8	11	7	10	8	5	10	11	6	3	5	12	96

2018 年度 高圧酸素療法治療数

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
腸閉塞	0	0	0	5	1	5	12	1	6	0	0	3	33
突発性難聴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳梗塞	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
壊疽	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	7	13	33
放射線治療後出血	0	0	0	0	0	4	17	7	0	11	15	9	63
CO 中毒	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
その他	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
《合計》	0	0	0	5	1	9	39	21	6	11	22	25	139

※その他：網膜動脈閉塞症

2018 年度 心臓カテーテル検査件数

【全体 / 緊急】

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
CAG	27	32	38	30	30	32	37	24	24	35	35	31	375
PCI	9	7	11	10	8	9	17	9	7	14	10	8	119
S-G	6	4	4	0	2	2	2	3	2	4	3	1	33
Ach(イロコ)	6	1	4	2	4	7	4	2	4	5	2	4	45
PMI	2	4	5	1	1	1	1	1	1	0	3	1	21
《合計》	50	48	62	43	45	51	61	39	38	58	53	45	593

2018 年度 自己血回収装置

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	《合計》
外科	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
整形外科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《合計》	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1